

# FLUJOGRAMA DE RECOMENDACIONES

para el Reinicio de la Actividad de los Laboratorios de Motilidad Digestiva durante la pandemia por COVID-19.

## ANTES DEL PROCEDIMIENTO

**1.** Se recomienda reiniciar la actividad de forma escalonada con las indicaciones prioritarias.

**2.** Ajustar cita a los tiempos de desinfección para evitar aglomeración en salas de espera.

**3.** Encuesta telefónica (Anexo 1) para valorar riesgo de infección COVID-19.

**4.** Al llegar al laboratorio medición de temperatura y reinterrogar sobre síntomas.

**5.** Paciente y acompañante: lavado de manos con hidroalcohol, mascarilla facial y distancia social.

### Evaluación del Riesgo

COVID-19 con PCR + o Sospecha Clínica:

Aplazar hasta curación y cuarentena (4-6 semanas).

Asintomático con contacto estrecho:

Aplazar 2 semanas.

Probable inmunización o asintomáticos con estado inmunológico desconocido:

No demorar la prueba.

## DURANTE EL PROCEDIMIENTO

En casos con infección COVID-19 y exploración inaplazable:

utilizar salas específicas.

Personal sanitario en procedimientos de tracto digestivo superior:

utilizar EPI estándar (Anexo 3).

Personal sanitario en procedimientos ano-rectales:

utilizar EPI estándar o reducido (Anexo 4).

En sistemas manométricos de perfusión:

seguir perfundiendo hasta la extracción del catéter.

## DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO

**1.** Desinfección y reprocesamiento de sondas reutilizables según protocolos habituales.

**2.** Retirada de los EPI en la misma sala de la prueba o en la sala habilitada para este fin.

**3.** Desechar materiales de un solo uso a contenedor de restos biológicos infecciosos.

**4.** Desinfección registradores, accesorios, camilla y superficies con viricida.

**5.** Registro de la actividad y seguimiento al cabo de 2 semanas.